



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zielonej Górze**

WSPR / 391 / 2018

Zielona Góra 07.03.2018r.

Do Wykonawców

Dot.: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie, pn. „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków opatrunkowych”. Znak sprawy: ZP / 01 / 2018
(Zestaw II odpowiedzi - dot. pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.03.2018r.).

Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579, 2018), odpowiada na otrzymane pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIE 1:

Zadanie nr 2, poz. 28. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie jakiego opatrunku hemostatycznego oraz w jakim rozmiarze oczekuje Zamawiający. Czy Zamawiający wymaga gazy hemostatycznej z utlenionej regenerowanej celulozy czy z utlenionej resorbowalnej celulozy? Jeżeli tak to w jakim rozmiarze?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza opatrunek w formie gazy powleczony preparatem hemostatycznym, która nie powoduje reakcji egzotermicznych o rozmiarze minimalnym 7,5cm x 140cm. Dopuszcza się również opatrunek hemostatyczny w formie granulatu, który nie powoduje reakcji egzotermicznych.

PYTANIE 2:

Zadanie nr 2, poz. 28. Jeżeli Zamawiający wymaga gazy hemostatycznej zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 28 z Zadania nr 2.



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zielonej Górze**

PYTANIE 3:

Zadanie nr 2, poz. 35. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 35 z Zadania nr 2.

PYTANIE 4:

Zadanie nr 2, poz. 35. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelatynowych gąbek hemostatycznych innego producenta w celu ochrony zasady uczciwej konkurencji.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający dopuszcza żelatynowe gąbki hemostatyczne innego producenta.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Zielonej Górze
DYREKTOR
(podpis)
mgr Marcin Mańkowski

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)