



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zielonej Górze**

WSPR / 391 / 2018

Zielona Góra 08.03.2018r.

Do Wykonawców

Dot.: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie, pn. „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków opatrunkowych”. Znak sprawy: ZP / 01 / 2018
(Zestaw VI odpowiedzi - dot. pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.03.2018r.).

Zamawiający Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579, 2018), odpowiada na otrzymane pytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia w poniższym zakresie:

PYTANIE 1:

Zadanie nr 1, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania produktu wskazanego w pytaniu nr 1.



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Zielonej Górze**

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 z Zadania nr 1.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Zielonej Górze
DYREKTOR

mgr Marcin Marikowski
(podpis Kierownika Zamawiającego)