

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Zielonej Górze

Wszyscy zainteresowani
/strona internetowa

INFORMACJA

Dotyczy: „Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych” – nr postępowania: ZP/01/2022

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść SWZ w zakresie Załącznika nr 1 (A-I) do SWZ.

Treść wniosków złożonych przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów kryterium oceny „Termin dostaw poszczególnych partii” w taki sposób, aby termin dostaw od chwili przesłania zamówienia do 24 H był oceniany na 40 punktów. Oczekiwanie, aby dostawy były realizowane w terminie krótszym niż 24 godziny ogranicza szanse innych firm, a faworyzuje te, które posiadają swoją siedzibę w Zielonej Górze lub jej najbliższej okolicy. Zabieg ten przeczy równemu traktowaniu oferentów, co jest całkowicie sprzeczne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Część 4 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 42 x 36 mm lub 50 x 36 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 19. otrzymuje następującą treść „Elektrody do EKG hydrożel , min. 45 × 30 mm, ze złączem zatraskowym, op. 50 szt.”.

Pytanie nr 3:

Część 4 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 20. otrzymuje następującą treść „Elektrody do EKG

z hydrożelem zalecane do zastosowań pediatrycznych i neurologicznych Ø min. 30 mm, złącze zatrzaskowe”.

Pytanie nr 4:

Część 4 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml? Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 22 g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie 4 części zamówienia w formularzu cenowym – poz. 20. otrzymuje następującą treść „Filtr antybakteryjny do respiratora sterylny, elektrostatyczna warstwa filtrująca, zakres objętości oddechowej min. 150-1200ml, objętość martwa 35-36ml, waga max 25 gram”.

Pytanie nr 5:

Część 4 poz. 132

Czy Zamawiający dopuści żel przewodzący do EKG 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający dokonał zmiany w treści załącznika nr 1 (A-I) do SWZ – formularze cenowe: 4 część zam. – 1D w pozycji 19, 20 i 21. Zamawiający udostępnia formularze cenowe po zmianie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa PZP, dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert **do dnia 19.01.2022 r. do godz. 10:00.**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWS:

- Rozdział XIII pkt 13.1 – Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, **do dnia 19.01.2022 r., do godz. 10:00;**
- Rozdział XIII pkt 13.2 – Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 19.01.2022 r. o godz. 10:30.**

- Rozdział XIII pkt 13.7 – Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 17.02.2022 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.