

Zielona Góra, 21 marzec 2019 r.

Egzemplarz pojedynczy.

**Wykonawcy,  
którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego  
w nw. postępowaniu**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), na który Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Treść wniosku złożonego przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia:

1. Zadanie 1, pozycja 12-16

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a w opakowaniu folia / folia-papier sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

2. Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG w rozmiarze 45x43mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

3. Zadanie 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG w rozmiarze Ø30mm lub Ø40mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

4. Zadanie 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7L jak na poniższym zdjęciu?



**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2019  
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych”

5. Zadanie 1, pozycja 28

Proszę o dopuszczenie przyrządów nie zawierających ftalanów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

6. Zadanie 1, pozycja 29-34

Czy Zamawiający oczekuje rękawic pudrowanych czy bezpudrowych?

**Odpowiedź:** Bezpudrowych.

7. Zadanie 1, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a'70szt. z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

8. Zadanie 1, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

9. Zadanie 1, pozycja 60-63

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem tylko w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

10. Zadanie 1, pozycja 74-79

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w zakresie rozmiary 17G-24G?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

11. Zadanie 1 pozycja 80

Czy Zamawiający dopuści igły do pobierania leków w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

12. Zadanie 1 pozycja 81

Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny o objętości w zakresie 300-1500ml, przestrzeni martwej 45ml i wadze 28,5g? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści i nie wydzieli do osobnego zadania.

13. Zadanie 1 pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści venflon żółty 0,7x19mm o przepływie 23ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

14. Zadanie 1 pozycja 83

Czy Zamawiający dopuści venflon żółty 2,1x45mm o przepływie 270ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2019  
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych”

15. Zadanie 1 pozycja 84

Czy Zamawiający dopuści venflon żółty 1,8x45mm o przepływie 180ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

16. Zadanie 1 pozycja 85

Czy Zamawiający dopuści venflon zielony 1,3x45mm o przepływie 95ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

17. Zadanie 1 pozycja 86

Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 1,1x32mm o przepływie 65ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

18. Zadanie 1 pozycja 87

Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 0,9x25mm o przepływie 36ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

19. Zadanie 1 pozycja 88

Czy Zamawiający dopuści venflon różowy 1,5x45mm o przepływie 125ml/min w opakowaniu a'100szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

20. Zadanie 1, pozycja 115

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7L?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

21. Zadanie 1 pozycja 74-79

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli.

22. Zadanie 1 pozycja 104,105,109,118,119,122,123,127,128,129,

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli.

23. Zadanie 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przyklepic na rolce bez kołnierza zabezpieczającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

24. Zadanie 2, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści oczekuje plastra sterylnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści ale nie oczekuje.

25. Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x10cm pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR ZP/02/2019  
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych”

26. Zadanie 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x10cm pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

27. Zadanie 2, pozycja 25-28, 31-34

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli.

28. Zadanie 2, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści gaziki 4 warstwowe w rozmiarze 110x90mm składane 2 krotnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**